

# 使用条件及质量标准

## OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

### TSKgel® Ether-5PW / TSKgel® Ether-5PW Glass

分析柱					连接方式/ 连接部件	对应的保护柱		
货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	粒径 (μm)	柱身材质		货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)
0018760	TSKgel Ether-5PW	2.0×7.5	10	不锈钢	Ferrule 方式 1/16 英寸管路	-	-	-
0008641		7.5×7.5				0008643	TSKgel guardgel Ether-5PW kit	6.0×1
0014013	TSKgel Ether-5PW Glass	5.0×5		玻璃	Flange 方式 1/4 英寸-28UNF	-	-	-
0014014		8.0×7.5				0014025	TSKgel guardgel Ether-5PW kit Glass	10.0×2

该 OCS 表记载了色谱柱简易使用条件及方法。详细的使用方法请参阅使用说明书。

#### A. 使用条件及方法

1. 出厂溶剂 水

2. 最大压降、最大流速、推荐流速及溶剂替换流速

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	最大压降 (MPa)	最大流速 (mL/min)	推荐流速 (mL/min)	溶剂替换流速 (mL/min)
0018760	TSKgel Ether-5PW	2.0×7.5	0.6	0.12	0.05~0.10	≤0.05
0008641		7.5×7.5				
0014013	TSKgel Ether-5PW Glass	5.0×5	2.0	1.0	0.5~0.8	≤0.3
0014014		8.0×7.5				

注 柱压根据流动相的种类（缓冲溶液、盐浓度以及有机溶剂浓度）、柱温以及梯度条件不同而不同。  
如果超过最大压降，请降低流速。特别是玻璃色谱柱，请务必降低流速，否则可能会破裂。

3. 流动相

- (1) 水、盐溶液以及缓冲溶液
- (2) 含 50% 以下水溶性有机溶剂的溶液
- (3) 含 SDS、盐酸胍以及尿素等表面活性剂的溶液  
注 如果使用含表面活性剂的流动相，与一般的流动相相比色谱柱寿命可能会缩短。
- (4) pH 2.0~12.0  
注 1 建议使用超纯水或同等级别的水。建议使用特级或 HPLC 级别的有机溶剂或试剂。  
注 2 使用含有有机溶剂的溶液时，请注意盐析。

4. 使用温度范围

产品名	使用温度范围
TSKgel Ether-5PW	10~50°C
TSKgel Ether-5PW Glass	10~30°C

5. 保存

- (1) 步骤：先用出厂溶剂替换色谱柱内溶剂后，从仪器上卸下色谱柱，用保护塞密封色谱柱两端，然后进行保存。  
注 请注意溶剂替换流速。
- (2) 保存温度：15~30°C

6. 清洗

- 请先使用方法 (1) 和 (2) 进行清洗，然后确认色谱柱性能，如果没有恢复，请使用方法 (3) 和 (4) 进行清洗。另外，由于尿素或中性表面活性剂可能会残留在色谱柱上，请先按照方法 (1)~(3) 清洗，如果色谱柱性能仍不能恢复，可考虑采用方法 (4)。
- (1) 去除离子性杂质  
高盐浓度的流动相或酸性水溶液清洗。如果含有有机溶剂，请注意盐析。
  - (2) 去除疏水性杂质  
含有机溶剂的溶液清洗。请注意盐析。
  - (3) 使用方法 (1) 和 (2) 清洗后，色谱柱性能无法恢复时的清洗方法  
请从注射器注入 0.1~0.2 mol/L 的氢氧化钠水溶液或 20~40% 的醋酸水溶液反复清洗。
  - (4) 去除难溶性蛋白质  
含 6~8 mol/L 尿素或 0.2~0.3% 中性表面活性剂 (Triton、Tween、Brij 等) 的溶液清洗。  
注 1 根据杂质的性质，即使清洗色谱柱后，也有可能不能恢复其性能。  
注 2 清洗色谱柱时的流速与溶剂替换流速一致。

7. 保护柱

如果分析柱有对应的保护柱，为了保护分析柱，请尽量使用保护柱。

8. 废弃注意事项

填料为可燃性乙烯基共聚物。  
废弃时，请参阅使用说明书中记载的注意事项。

Triton 是 Union Carbide Corporation 的注册商标。  
Tween 是 Croda International Plc 的注册商标。  
Brij 是 Croda Americas LLC 的注册商标。  
TSKgel 是东曹株式会社在中国、日本、美国、欧盟等的注册商标。

## B. 质量标准

该色谱柱的质量标准如下：检测条件和检测结果，记载在柱盒内的 INSPECTION DATA SHEET 中。

货号	产品名	色谱柱尺寸	理论塔板数	不对称因子
		内径 (mm) × 长度 (cm)		
0018760	TSKgel Ether-5PW	2.0×7.5	≥1000	0.8~1.8
0008641		7.5×7.5	≥1000	1.0~2.0
0014013	TSKgel Ether-5PW Glass	5.0×5	≥600	1.0~2.0
0014014		8.0×7.5	≥1000	

