

OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel® PW シリーズ

分析カラム					接続方式/接続部品	適応ガードカラム							
品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)	粒子径 (μm)	カラム材質		品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)					
0005761	TSKgel G2000PW	7.5×30	12	ステンレス	フェラル方式 1/16 インチチューブ	0006763	TSKgel guardcolumn PWL	7.5×7.5					
0008028	TSKgel G2500PW					17	0006762	TSKgel guardcolumn PWH	7.5×7.5				
0005762	TSKgel G3000PW												
0005763	TSKgel G4000PW												
0005764	TSKgel G5000PW		12			0006763				TSKgel guardcolumn PWL	7.5×7.5		
0005765	TSKgel G6000PW												
0008026	TSKgel GMPW												
0005105	TSKgel G2000PW	7.5×60	12			ステンレス	フェラル方式 1/16 インチチューブ	0006762	TSKgel guardcolumn PWH	7.5×7.5			
0008029	TSKgel G2500PW												
0005106	TSKgel G3000PW												
0005107	TSKgel G4000PW		17								0006762	TSKgel guardcolumn PWH	7.5×7.5
0005108	TSKgel G5000PW												
0005109	TSKgel G6000PW												
0008027	TSKgel GMPW												
0016248	TSKgel G2500PW	21.5×30	0006758	TSKgel guardcolumn PWH	21.5×7.5								
0016249	TSKgel G3000PW												
0008030	TSKgel G2500PW	21.5×60											

この OCS シートには、適切な使用条件及び仕様が記載されています。一般的な使用法は TSKgel 取扱説明書をご覧ください。

A. 使用条件及び仕様

1. 出荷溶媒 水

2. 最大圧力損失、最大流速、適正流速及び溶媒置換流速

品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)	最大圧力損失 (MPa)	最大流速 (mL/min)	適正流速 (mL/min)	溶媒置換流速 (mL/min)
0005761	TSKgel G2000PW	7.5×30	2.0	1.2	0.5~1.0	≤0.5
0008028	TSKgel G2500PW					
0005762	TSKgel G3000PW					
0005763	TSKgel G4000PW		1.0			
0005764	TSKgel G5000PW					
0005765	TSKgel G6000PW					
0008026	TSKgel GMPW	7.5×60	4.0			
0005105	TSKgel G2000PW					
0008029	TSKgel G2500PW					
0005106	TSKgel G3000PW		2.0			
0005107	TSKgel G4000PW					
0005108	TSKgel G5000PW					
0005109	TSKgel G6000PW	21.5×30	1.0	8.0	1.0~6.0	≤3.0
0008027	TSKgel GMPW					
0016248	TSKgel G2500PW	21.5×60	2.0			
0016249	TSKgel G3000PW					
0008030	TSKgel G2500PW					

注記 カラム圧力は、移動相の種類(緩衝液、塩濃度及び有機溶媒濃度)及びカラム温度によって異なります。
最大圧力損失を超える場合は、流速を下げてください。

3. 移動相

- (1) 水、塩の水溶液及び/又は緩衝液
(2) 50%以下(できれば20%以下での使用をお勧めします)の水溶性有機溶媒
(3) pH 2.0~12.0 (50~80℃でお使いの場合は pH 6.5~7.5)

注記 1 水は超純水又はそれに準じたグレードをご使用ください。有機溶媒及び試薬類は特級又は HPLC 用のご使用をお勧めします。

注記 2 有機溶媒は塩が析出しない条件でご使用ください。

4. 使用温度範囲

10~80℃

5. 保存

(1) 手順：出荷溶媒に置換した後、カラムを装置から取り外し、両端をエンドプラグで密栓し保存してください。

注記 出荷溶媒への置換は、溶媒置換流速で行ってください。

(2) 保存温度：15~30℃

6. 洗浄 測定試料を考慮して(1)及び(2)の操作から適切な洗浄方法を選択してください。操作(3)は、カラム内に尿素が残存する場合がありますので、(1)及び(2)で回復しない場合にのみ実施してください。全ての洗浄操作を行うと頻繁な移動相の変更となりカラム性能を低下させることがあります。
- (1) イオン性物質の除去
塩濃度を高くした移動相を通液してください。有機溶媒を含む場合は、塩の析出に十分注意してください。
- (2) 疎水性物質の除去
有機溶媒濃度を高くした移動相を通液してください。その際に、塩の析出に十分注意してください。
- (3) 難溶性たんぱく質の除去
尿素を添加した移動相を通液してください。
- 注記 1 吸着物質の種類によっては回復しない場合があります。
注記 2 カラムの洗浄は、溶媒置換流速で行ってください。
7. ガードカラム ガードカラムが用意されているカラムには、カラム保護のためガードカラムをご使用ください。
8. 廃棄上の注意 充填剤は、可燃性(ビニル共重合物)です。
廃棄する場合には、TSKgel 取扱説明書に記載の“取扱い上のご注意”をご参照ください。
9. その他 ・トップオフゲル
TSKgel topoffgel PW (品番：0008036)：TSKgel PW シリーズの補充用充填剤です。
注記 トップオフゲルについての詳細は当社営業までお問合せください。

“TSKgel”は日本、米国、欧州共同体などにおける東ソー株式会社の登録商標です。

B. 品質規格

このカラムは次の規格で出荷されています。検定条件及び検定結果は、INSPECTION DATA SHEET に記載されています。

品番	品名	カラムサイズ 内径(mm)×長さ(cm)	理論段数	非対称係数
0005761	TSKgel G2000PW	7.5×30	≥5000	0.7~1.6
0008028	TSKgel G2500PW			
0005762	TSKgel G3000PW			
0005763	TSKgel G4000PW		≥3000	
0005764	TSKgel G5000PW			
0005765	TSKgel G6000PW			
0008026	TSKgel GMPW			
0005105	TSKgel G2000PW	7.5×60	≥10000	
0008029	TSKgel G2500PW			
0005106	TSKgel G3000PW			
0005107	TSKgel G4000PW		≥6000	
0005108	TSKgel G5000PW			
0005109	TSKgel G6000PW			
0008027	TSKgel GMPW			
0016248	TSKgel G2500PW	21.5×30	≥5000	
0016249	TSKgel G3000PW	21.5×60	≥10000	
0008030	TSKgel G2500PW			

